



MC ProPlus-hånd

Brukerveiledning

Fillauer[®]
Motion Control

MC ProPlus-hånd


Brukerveiledning

Introduksjon

Motion Control (MC) ProPlus-hånden er en elektrisk hånd av høy kvalitet for personer som har mistet en øvre ekstremitet. MC-hånden er tilgjengelig i tre størrelser og flere lengder for å passe til ulike personer. Den inneholder en batterisparekrets for lengre batterilevetid, fingre som åpner vidt, kraftig, maskinert ramme og fingre og en unik sikkerhetsutløsning. Dette gir en robust, effektiv og rask sluttenehet for en protese for øvre ekstremitet.

MC ProPlus-hånden har en børsteløs likestrømsmotor med ultralang levetid og en integrert styreenhet. Denne allsidige mikroprosessen gir enkel justeringsmulighet via trådløs Bluetooth®-kommunikasjon til iOS-enheter (iPhone®, iPad® og iPod Touch®), en rekke ulike inngangssensorer og høy ytelse. MC ProPlus-hånden kan enkelt byttes ut med andre MC ProPlus-komponenter, som MC ProPlus ETD og enheter fra andre produsenter.

MC ProPlus-hånd (snitt)



Spesielle forholdsregler



Risikohåndtering

For å minimere risikoen for skade på enheten eller brukeren under maksimering av funksjonene til denne enheten, må instruksjonene for installasjon og bruk av denne enheten følges som beskrevet i denne håndboken.



MC-hånden er vanntett, ikke vanntett.

Mens bevegelseskontrollhånden er vanntett, er ikke hurtigkoblingshåndleddet det. Ikke senk MC-hånden lenger ned enn håndleddet.



Brennbare gasser

Vær forsiktig ved bruk av hånden rundt brennbare gasser. Hånden bruker en elektrisk motor som kan antenne flyktige gasser.



Ikke bøy fingertuppene

Selv om MC-hånden er robust, utgjør kroppsvekten en god del kraft. Ikke belast finger- eller tommeltuppene med hele kroppsvekten. I tillegg kan et fall med kraften rettet mot fingertuppene forårsake skade. Hvis fingertuppene blir bøyd eller mister innrettingen, må du ta kontakt med ortopediingeniøren.



Sikkerhetsutløsning

Ikke tving fingrene og/eller tommelen til å åpnes eller lukkes. Dette vil føre til alvorlig skade på enheten. Sikkerhetsutløsningen gjør det enkelt å åpne og lukke hånden. Hvis utløsningsmekanismen ikke tillater bevegelse, må enheten få service av Motion Control.



Reparasjoner eller endringer

Ikke prøv å reparere eller endre noen av de mekaniske eller elektriske komponentene til MC-hånden. Dette vil sannsynligvis føre til skade og ytterligere reparasjoner, og gjøre garantien ugyldig.



Oppsett ved hjelp av brukergrensesnittet

Selv om standardinnstillingene i MC ProPlus-hånden kan gi pasienten mulighet til å betjene systemet, anbefales det på det sterkeste å la ortopediingeniøren bruke grensesnittet til å tilpasse innstillingene for brukeren.



Sikkerhetshenvisning

Vær forsiktig når du bruker denne enheten i situasjoner der det kan oppstå skade på deg selv eller andre. Det inkluderer, men er ikke begrenset til aktiviteter som kjøring, betjening av tunge maskiner eller hvilken som helst aktivitet der personskafe kan oppstå. Forhold som lite eller dødt batteri, tap av elektrodekontakt eller mekanisk/elektrisk feilfunksjon (og andre), kan føre til at enheten oppfører seg annerledes enn ventet.




Alvorlige hendelser

I det usannsynlige tilfellet at en alvorlig hendelse skulle oppstå i forbindelse med bruken av enheten, må brukeren straks søke medisinsk bistand og kontakte protesespesialisten sin, lokale tilsynsmyndigheter og Fillauer så snart som praktisk mulig. Klinikere må til enhver tid straks kontakte sin lokale Fillauer-representant og lokale tilsynsmyndigheter hvis en enhet svikter.

Bryter med tre posisjoner

MC-hånden har en glidebryter med tre posisjoner midt på baksiden av hånden. På håndflatesiden befinner den seg nederst på tommelen. Når bryteren er skjøvet hele veien mot bakhånden, er hånden AV. Når den skyves fra håndbaken mot håndflaten, slår det første klikket hånden PÅ. Når den skyves hele veien mot håndflaten, når den SIKKERHETSUTLØSNING-posisjonen som løser ut fingrene. I Sikkerhetsutløsning-posisjonen er hånden også slått AV.



MC ProPlus-hånd med bryter med tre posisjoner

Hurtigfrakoblingshåndledd

Hurtigfrakoblingshåndleddet er en universalkonstruksjon som muliggjør utskifting med andre sluttenheter, som MC ProPlus ETD og enheter fra andre produsenter.

Innvendig håndskall

Denne slitesterke hansken er montert på fabrikken og er ikke ment å fjernes utenom opplært personell. Dette skallet gir beskyttelse for hånden samt en viss fuktighetsmotstand. Hvis det oppdages et hull eller en skade, bør håndskallet byttes ut. Noen mindre hender har ikke et innerskall, de er kun designet som kosmetisk hanske.

Kosmetisk hanske

En kosmetisk hanske bør velges sammen med brukeren for å matche brukerens hudtone. Ideelt sett bør dette gjøres utendørs, i naturlig lys, ikke under lysstoffrør. Vi anbefaler Natural Definition-hanskene for Myo-hender som er tilgjengelige fra Fillauer. Hold hansken intakt og i god stand. Hull eller kraftig slitasje på hansken kan føre til at væske kommer inn i hånden og forårsaker skade.

Bruksanvisning

Før du fester MC-hånden til underarmen, må du finne bryteren på håndflatesiden av hånden nederst på tommelen. Kontroller at den er skjøvet helt til håndbaken (AV-posisjonen).

Sett hurtigfrakoblingshåndleddet på hånden inn i håndleddet på underarmen. Samtidig som du skyver den bestemt inn, dreier du hånden til du hører et klikk. Det anbefales å dreie hånden flere klikk i begge retninger og deretter prøve å trekke hånden av for å sikre at den er festet skikkelig.

Skyv så bryteren på håndbaken mot håndflateoverflaten til den andre (midtre) posisjonen, og hånden er nå PÅ og klar til bruk.

For å koble fra hånden slår du den først AV (ved å skyve bryteren hele veien til håndbaken) og deretter dreie den i en av retningene til det føles et litt mer vanskelig klikk. Hvis du kommer forbi dette klikket, kobles hånden fra underarmen. Dette muliggjør utskifting med andre sluttenheter, som MC ProPlus ETD.

Vannskade

Motion Control-hånden er ikke vanntett. Hvis vann eller annen væske skulle trenge inn i hånden, må du ta av hånden ved hurtigfrakoblingen (eller slå av hånden hvis det ikke er noen hurtigfrakobling). Hvis hånden bare er litt våt (ikke har blitt dyppet under vann), tørker du den så mye som mulig og prøver å slå den på og bruke den. Hvis hånden ikke virker eller den har blitt dyppet under vann, må du ta kontakt med ortopediingeniøren.

Justeringer av brukergrensesnitt

Hver av ProPlus-serien av Motion Control-produkter inneholder en mikroprosessor som kan justeres og stilles inn for behovene til den enkelte. Den kan også tilpasses til brukere uten EMG-signaler, men det kan være behov for noe ekstra maskinvare. Programvaren som trengs for å gjøre disse justeringene, tilbys til ortopediingeniøren eller sluttbrukeren kostnadsfritt.

iOS-brukergrensesnitt

MC ProPlus Hand gjennomgikk en kjerneoppgradering i midten av 2025. Enheter kjøpt før denne datoen bruker Motion Control User Interface (MCUI)-appen for konfigurering. Modeller kjøpt etter den tid krever bruk av Motion Arm User Interface (MAUI) for oppsett. Begge er tilgjengelige gratis fra Apple Store, Android-enheter støttes ikke. Se din spesifikke enhet og hurtigoppsettveiledningene på slutten av håndboken.

***Merk:** MCUI/MAUI-appen er *ikke* tilgjengelig for Android-enheter.

Kontroller for pasient/ortopediingeniør


Når du åpner iOS-appen, blir du bedt om å velge mellom Patient [Pasient] eller Prosthetist [Ortopediingeniør] – velg Patient [Pasient]. Selv om du kan navigere i hele appen som pasient, er mange av justeringene utilgjengelige fordi de bare kan endres av ortopediingeniøren.

Du kan imidlertid fortsatt se styrken til signalene dine slik at du kan trene de musklene (eller andre inndata).

I tillegg kan du endre alle justeringer som ikke er utilgjengelige. Dette inkluderer innstillinger som summere og mange av FLAG-justeringene (FLAG er en valgfri funksjon).

Brukerprofiler

Du kan lagre profilen din i User Profile [Brukerprofil]-delen i iOS-brukergrensesnittet. Det anbefales å lagre profilen på enheten din, og ortopediingeniøren anbefales å lagre den på sin også. Dette gir en sikkerhetskopi i tilfelle det kreves reparasjoner eller fastvareoppdateringer.



MAUI hovedmeny og oppsettskjermer. Motion Control UI-appen er tilgjengelig i Apple Store.

FLAG (valgfritt)

FLAG (Force Limiting [kraftbegrensning], Auto Grasp [automatisk grep]) er en valgfri egenskap for MC ProPlus-hånden og ETD-sluttenheter. FLAG tilbyr to funksjoner:

- **Force Limiting [kraftbegrensning]**, for å forhindre at objekter knuses på grunn av for høy klemmekraft
- **Auto Grasp [automatisk grep]**, som øker grepet på et objekt hvis et utilsiktet åpnesignal registreres av styreenheten

Slå FLAG av/på

Ved oppstart er FLAG slått av. Sluttenheten må lukkes og deretter åpnes før FLAG brukes. For å slå på FLAG gir du enheten et Hold Open-signal [Hold åpen] (i ~ 3 sek.)**. Når FLAG slås på, vil brukeren føle én lang vibrasjon. Et Hold Open-signal [Hold åpen] (i ~ 3 sek.)** vil slå FLAG av, og brukeren vil føle to korte vibrasjoner.

Merk: Hvis brukeren føler en serie på **fem vibrasjoner** ved Hold Open [Hold åpen], kan det indikere en funksjonsfeil i FLAG-sensoren. Slå enheten av og på igjen, og åpne og lukk så enheten fullstendig. Prøv Hold Open-signalet [Hold åpen] igjen for å aktivere FLAG. Hvis en føler fem vibrasjoner igjen, vil enheten fortsatt fungere, men FLAG vil være deaktivert. Enheten må returneres til Motion Control for reparasjon av FLAG-sensoren.

Dual Channel FLAG [FLAG for dobbel kanal]

Force Limiting [kraftbegrensning]

1. Når FLAG er på, er lukking fortsatt proporsjonal, med maksimal hastighet redusert med 50 %**.
2. Når fingrene kommer i kontakt med et objekt ved lukking, vil kraften være begrenset til ~ 0,9 kg / 9N (~ 2 lbs / 9 N) gripekraft. Da føler brukeren én kort vibrasjon.
3. For å øke kraften slapper brukeren av under terskelen, fulgt av et kraftig lukkesignal** for en kort innsats*, så «pulserer» gripekraften opp.
4. Gripekraften kan pulseres opptil ti ganger til maksimum ~ 8 kg / 80 N (~ 18 lbs / 80 N) gripekraft**.
5. Et åpnesignal vil åpne sluttenheten proporsjonalt.

Auto Grasp [automatisk grep]

Med FLAG på, vil et raskt, utilsiktet åpningssignal føre til en enkel pulsøkning i gripestyrke for å forhindre at et objekt slippes.**

Single Channel FLAG [FLAG for enkel kanal]

Med Single Channel-kontroll brukes FLAG best i Alternating Direction Control Mode.

Force Limiting [kraftbegrensning]

1. Med FLAG på, vil sluttenheten lukkes ved rundt 50 % hastighet**, proporsjonalt.
2. Når enheten kommer i kontakt med et objekt, vil kraften bli begrenset til ~ 0,9 kg / 9N (~ 2 lbs / 9 N).
3. Et raskt og kraftig signal** over terskelen, deretter avslapning under terskelen, vil skape en puls i kraften**.
4. Dette kan gjentas opptil ti ganger til for ~ 8 kg / 80 N (~ 18 lbs / 80 N) gripekraft.
5. Et vedvarende signal i rundt 1 sekund vil åpne sluttenheten.

Auto Grasp [automatisk grep]

Med FLAG på, vil ethvert raskt, utilsiktet signal føre til at sluttenheten lukkes, noe som forhindrer at objektet slippes.

Bruke FLAG med alternative innganger (inkludert Touch Pad, lineært potensiometer eller kraftsensor)

I brukergrensesnittet stiller du Control Type [Kontrolltype] til Alternate Input [Alternativ inngang] og velger Single eller Dual Channel [enkel eller dobbel kanal]. Forsterkningsinnstillingene må være stilt inn slik at utgangssignalet til brukeren er høyt nok til å overskride Hold Open Threshold** [Hold åpen-terkel] som kreves for å slå FLAG på eller av.

****Merk:** Disse innstillingene kan justeres i iOS MCUI/MAUI-appen

2-CHANNEL SETTING	ACTION	FEEDBACK
Turn On	Hold Open 2-3 seconds	Buzz
Close to Grip	Close signal ± 1 second	Short Buzz
Pulse force up	Close signal ± 1 second	Short Buzz
Turn Off	Hold Open 2-3 seconds	Double Buzz

1-CHANNEL SETTING	ACTION	FEEDBACK
Turn On	Signal 2-3 seconds	Buzz
Close to Grip	Signal ± 1 second	Short Buzz
Pulse force up	Quick Signal ± 1 second	Short Buzz
Open	Strong Signal 2-3 sec.	None, direction will reverse as usual
Turn Off	Open the hand then Signal 2-3 seconds	Double Buzz

MCUI-brukergrensenitt på iOS

Hurtigveiledning for oppsett

Hurtigveiledning for oppsett av Motion Control-brukergrensesnitt på Apple® iOS (MCUI)

1. Last ned MCUI  fra Apple® App Store  og installer.
2. Velg Pasient når du blir spurt. Pasienter trenger ikke en kode.
3. Åpne appen og følg veiledningen.
4. Gå til Connect [Tilkobling]-skjermbildet , og trykk på Scan [Skann]. 
5. Skriv inn Pairing Key [Paringsnøkkel].
6. Enheten er nå koblet til MCUI.
7. For å koble fra trykker du på tilkoblingsikonet nederst til venstre , og trykker på Disconnect [Koble fra]. 

Systemkrav

Konto i Apple® App Store, og en av følgende enheter:

- iPad, iPhone eller iPod Touch med iOS 11 eller nyere.

Feilsøking

- Pass på at batteriet på enheten er fulladet
- Kontroller forbindelsen av enheten i hurtigfrakoblingshåndleddet
- Sjekk at enheten er slått på
- Sjekk at du ikke er i «Tutorial Mode» [veiledningsmodus] ved å dobbelttrykke på Home-knappen [Hjem], sveipe MCUI bort fra skjermen og åpne MCUI igjen
- Bluetooth® må være slått på i Innstillinger  på iOS-enheten
- Informasjonsikonet  gir informasjon om en funksjon
- For å gå gjennom veiledningen en gang til går du til  og trykker **Tilbakestill** på Reset Guided Tutorial [Tilbakestill veiledningen]

* For konfigurering av enheter før midten av 2025. Se din spesifikke enhet. AutoCal-funksjonen ble også avviklet. Kontakt kundeservice om nødvendig.

MAUI-APPEN for iOS

Hurtigveiledning for oppsett



Rask oppsett for brukergrensesnitt for bevegelsesarm for Apple® iOS (MAUI)

- Fra Apple® App Store  laster du ned Maui-appen.
- Velg Pasient når du blir spurt. Pasienter trenger ikke en kode.
- Åpne appen og følg opplæringen.
- Gå til Connect-skjermen,  og trykk på Scan. 
- Angi paringsnøkkelen som fulgte med enheten.
- Enheten er nå koblet til MAUI.
- For å koble fra trykker du på Koble til-ikonet nederst i venstre hjørne  og deretter på Koble fra. 

Feilsøking

- Kontroller at batteriet på enheten er fulladet
- Bekreft at enheten er slått på
- Kontroller at du ikke er i simuleringsmodus ved å dobbeltrykke på Hjem-tasten, deretter sveipe MAUI av skjermen og åpne appen på nytt
- Bluetooth® må være slått på i Innstillinger  på iOS-enheten
- Informasjonsikonet gir  informasjon om en funksjon
- Hvis du vil gjenta opplæringen, går du til  og trykker på Tilbakestill Tilbakestill veiledet opplæring.

Systemkrav

- iPad, iPhone eller iPod Touch med iOS 11 eller nyere.



Download the
MAUI software on
the Apple Store.

*For konfigurasjon av enheter utgitt etter midten av 2025. Se din spesifikke enhet. AutoCal-funksjonen ble også avviklet. Kontakt kundeservice om nødvendig.

Til bruk for én enkelt pasient

Hver amputasjonspasient er unik. Formen på det gjenværende lemmet, kontrollsignalene som den enkelte genererer og oppgavene amputasjonspasienten utfører i løpet av dagen, krever spesialdesign og spesialinnstilling av protesen. Motion Control-produkter er lagd for å passe til én person.

Avhending/avfallshåndtering

Denne enheten skal avhendes i samsvar med gjeldende lokale lover og forskrifter. Dette inkluderer lover og forskrifter angående bakterielle eller smittsomme agenser, om nødvendig.

Begrenset garanti

Selger garanterer overfor kjøper at utstyret som leveres i henhold til denne avtalen, skal være fritt for material- og produksjonsfeil, at det skal være av den typen og kvaliteten som er beskrevet, og at det skal fungere som spesifisert i selgers skriftlige tilbud. De begrensede garantiene gjelder kun for tilfeller der utstyret ikke oppfyller de nevnte garantikravene, og der slike avvik oppstår i løpet av avtalens gyldighetsperiode. Gyldighetsperioden er to år (24 måneder*) fra leveringsdatoen til monteringscenteret som har kjøpt komponentene. Se fraktkvitteringen for informasjon om forsendelsesdato. *24 måneder gjelder for utstyr kjøpt etter 1.1.2026.

Retningslinjer for retur

Returer aksepteres med full refusjon i opptil 90 dager fra forsendelsesdatoen så lenge varen er i salgbar stand. Returer utover 90 dager aksepteres ikke.

Tekniske spesifikasjoner

Driftstemperatur: -5° til 60° C (23° til 140° F)

Transport- og oppbevaringstemperatur: -18° til 71° C (0° til 160° F)

Klemmekraft: Ved 7,2 volt nominelt: 10 kg (22 lbs eller ~ 100 N)

Driftsspenningsområde: 6 til 8,2 VDC – MC ProPlus-hånd

Belastningsgrense: 22 kg (50 lbs) i alle retninger (+/- 10 %)

Enhetens levetid: 5 år

Samsvarserklæring

Produktet er med dette i samsvar med Medical Device Regulation 2017/745 og er registrert hos United States Food and Drug Administration. (Registreringsnr. 1723997)



Customer Support

Americas, Oceania, Japan

Fillauer Motion Control

115 N. Wright Brothers Drive
Salt Lake City, UT 84116
+1 801-326-3434
motioninfo@fillauer.com

Europe, Africa, Asia

Fillauer Europe

Kung Hans väg 2
192 68 Sollentuna, Sweden
+46 (0)8 505 332 00
support@fillauer.com

Fillauer®

www.fillauer.com



Fillauer

2710 Amnicola Highway
Chattanooga, TN 37406
+1 423.624.0946



Fillauer Europe

Kung Hans väg 2
192 68 Sollentuna, Sweden
+46 (0)8 505 332 00

