




MC ETD2

Brugervejledning

Fillauer[®]
Motion Control

MC ETD2

Brugervejledning

Indledning

ETD2 er en holdbar, let og vandafvisende kroglignende terminalenhed, der giver et højt niveau af funktionalitet til personer med tab af lemmer i den øvre ekstremitet. ETD2 er et skridt op fra standard metalkroge og er fremstillet i hård plastik, der er støbt omkring metalindsatser i fingrene. Resultatet er en elegant, stærk og æstetisk integreret enhed.

Med en længde på 3 cm kortere end ETD'en matcher ETD2 bedre længden af de fleste protesehænder på markedet. Den kortere længde muliggør også brug af ETD2 til patienter, der har længere restlemmer, og giver større alsidighed i brugen af Motion Control Flexion- eller Multi-Flex-håndled. De strategisk placerede gribepuder hjælper med at håndtere små hverdagsopgaver og kan hurtigt og nemt udskiftes. Den medfølgende sikkerhedsudløser gør det muligt at åbne fingrene i tilfælde af nødsituation eller batterisvigt.

ProPlus-indbygget mikroprocessor og standard hurtigafbrydelse til håndleddet gør ETD2 udskiftelig med næsten alle andre tilgængelige protesehænder og terminalenheder. Den børsteløse DC-motor gør enheden støjsvag og pålidelig. Bluetooth®-kommunikation mellem ETD2 og en iPhone® eller iPad®. Dette muliggør hurtig og nem tilslutning og justering af enheden. Patienten kan også oprette forbindelse via sin Apple-enhed og foretage et begrænset antal passende justeringer. FLAG, Force Limiting Auto-Grasp, er også tilgængelig som en valgfri funktion.

MC ETD2



Særlige forholdsregler



Risikostyring

For at minimere risikoen for beskadigelse af enheden eller personskaade på brugeren og samtidig maksimere denne enheds funktioner, skal du følge installationsvejledningen og bruge denne enhed som beskrevet i denne manual.



MC ETD2 er vandafvisende, ikke vandtæt

Selvom Motion Control ETD2 er vandafvisende, er den hurtigafbrydende håndledskontakt ikke det. ETD2 må ikke nedsænkes længere end til håndleddet. Se den vandtætte hurtigafbrydende håndledskontakt (# 3011020) for yderligere information.



Brændbare gasser

Der skal udvises forsigtighed, når ETD2 betjenes omkring brændbare gasser. ETD2 bruger en elektrisk motor, der kan antænde flygtige gasser.



Bøj ikke fingrene

Selvom MC ETD2 er robust, repræsenterer kropsvægt en stor kraft. Påfør ikke fuld kropsvægt på fingrene. Et fald med kraften rettet mod fingrene kan forårsage skade. Derudover skal du ikke trykke på den åbne, bevægelige finger, når du trykker kraftigt med ETD2. Skub kun med ETD2 i lukket position. Dette inkluderer også at skubbe sig op fra en stol. Hvis fingrene bliver bøjet eller ude af justering, skal du returnere ETD2 til Motion Control.



Sikkerhedsudløser

Tving ikke ETD2-fingrene til at åbne eller lukke. Dette vil resultere i alvorlig skade på enheden. Sikkerhedsudløseren tillader nem åbning og lukning af ETD2. Hvis udløsermekanismen ikke tillader bevægelse, kræver enheden service af Motion Control.



Reparationer eller ændringer

Forsøg ikke at reparere eller ændre nogen af de mekaniske eller elektroniske komponenter i MC ETD2. Dette vil sandsynligvis forårsage skade, yderligere reparationer og ugyldiggøre garantien.



Opsætning med brugergrænsefladen

Selvom standardindstillingerne i MC ETD2 kan give patienten mulighed for at betjene systemet, anbefales det på det kraftigste, at protetikeren benytter brugergrænsefladen til at tilpasse indstillingerne til brugeren.



Sikkerhedsforanstaltninger

Vær forsigtig, når du bruger denne enhed i situationer, hvor du kan skade dig selv eller andre. Disse omfatter, men er ikke begrænset til, aktiviteter såsom kørsel, betjening af tunge maskiner eller enhver aktivitet, hvor der kan opstå skader. Forhold som et lavt eller dødt batteri, tab af elektrodekontakt eller mekanisk/elektrisk fejlfunktion (og andre) kan få enheden til at opføre sig anderledes end forventet.



Alvorlige hændelser

I det usandsynlige tilfælde, at der opstår en alvorlig hændelse i forbindelse med brugen af enheden, skal brugeren straks søge lægehjælp og kontakte sin protetikere, lokale kompetente myndighed og Fillauer så hurtigt som muligt. Klinikere skal til enhver tid straks kontakte deres lokale Fillauer-repræsentant og lokale kompetente myndighed i tilfælde af en enhedsfejl.

Afbryderknap


Afbryderknappen er placeret i bunden af ETD2. Hvis du skubber fra siden modsat fingerspidserne, tændes ETD2. Skub fra fingerspidserne for at slukke ETD2.



Sikkerhedsudløser

På en venstre ETD2 er sikkerhedsudløseren placeret på samme side som fingerspidserne. På en højre ETD2 er sikkerhedsudløseren placeret på modsatte side af fingerspidserne.

For at aktivere fingrene skal du sørge for, at sikkerhedsudløserhåndtaget peger mod fingerspidserne. For at frigøre fingrene skal du dreje håndtaget 90 grader mod den bevægelige finger.



Quick Disconnect-håndled

Quick Disconnect-håndledet er et universelt design, der tillader udskiftelighed med vores andre terminalenheder, såsom MC ProPlus Hand og andre producenters enheder.

Udskiftning af fingerforing

Gribefladerne på fingrene på ETD2-enheden kan udskiftes. Denne udskiftning skal udføres af din protetiker.

Brugsanvisning

Før du sætter MC ETD2 på underarmen, skal du finde strømafbryderen i bunden af ETD2. Sørg for, at den er slukket (se diagram, side 3).

Indsæt hurtigafbryderhåndledet på ETD2 i håndledet på underarmen. Drej ETD2'en, mens du skubber den godt ind, indtil der høres et klik. Det anbefales at dreje ETD2 i begge retninger adskillige klik og derefter forsøge at trække ETD2 af for at sikre, at den sidder godt fast.

Tryk nu på afbryderen i den modsatte retning, så er ETD2 tændt og klar til brug.

For at afbryde ETD2'en skal du først slukke for den og derefter dreje den i begge retninger, indtil der mærkes et lidt sværere klik. Hvis der drejes forbi dette klik, kobles ETD2 fra underarmen. Dette muliggør udskiftelighed med en anden terminalenhed, såsom MC ProPlus Hand.

Justeringer med brugegrænseflade

Hver af ProPlus-familien af Motion Control-produkter indeholder en mikroprocessor, der kan justeres og indstilles til en specifik persons behov. Der er også plads til bærere uden EMG-signaler, dog kan noget ekstra hardware være påkrævet. Den nødvendige software til at foretage disse justeringer leveres gratis til protetikeren eller slutbrugeren.

iOS-brugergænseflade

ProPlus ETD gennemgik en kerneopgradering i midten af 2025. Enheder købt før denne dato bruger Motion Control User Interface (MCUI)-appen til konfiguration. Modeller købt efter dette tidspunkt kræver brug af Motion Arm User Interface (MAUI) til opsætning. Begge er tilgængelige gratis fra Apple Store, Android-enheder understøttes ikke. Se din specifikke enhed og hurtigopsætningsvejledningerne i slutningen af manualen.

***Bemærk:** MCUI/MAUI-appen er *ikke* tilgængelig til Android-enheder.

Patient-/protetikerkontrol


Når du åbner iOS-applikationen, bliver du spurgt, om du er "Patient" eller "Prosthetist" [Protetiker] - vælg "Patient". Mens du som patient har lov til at navigere i hele applikationen, er mange af justeringerne "inaktive", da de kun kan ændres af din protetiker.

Du er dog stadig i stand til at se styrken af din EMG eller andre inputsignaler, så du kan træne disse muskler.

Derudover kan du ændre eventuelle justeringer, der ikke er "inaktive". Disse omfatter sådanne indstillinger som summere og flere af FLAG-justeringerne (FLAG er en valgfri funktion).

Brugerprofiler

Du kan gemme din profil i sektionen User Profile [brugerprofil] i iOS-brugergrænsefladen. Det er tilrådeligt at gemme din profil på din enhed, og din protetiker rådes til også at gemme den på hans. Dette vil give en sikkerhedskopi, hvis der er behov for reparationer eller firmwareopdateringer.



MAUI-hovedmenu og opsætningsskærme. Motion Control UI-appen er tilgængelig i Apple Store.

FLAG (valgfri)

FLAG (Force Limiting [kraftbegrænsning], Auto Grasp [autogreb]) er en valgfri funktion til MC ProPlus Hand-, ETD og ETD2-terminalenheder. FLAG giver to funktioner:

- **Force Limiting [kraftbegrænsning]**, for at forhindre knusning af genstande på grund af for stor klemkraft
- **Auto Grasp [autogreb]**, hvilket øger grebet på en genstand en smule, hvis et utilsigtet åbent signal registreres af styreenheden

Tænd/sluk for FLAG

Ved opstart er FLAG slukket. Terminalenheden skal lukkes og derefter åbnes, før FLAG bruges. For at tænde FLAG skal du give enheden et "Hold Open"-signal [Hold åben] (i ~ 3 sek.)**. Når FLAG tændes, vil brugeren føle en lang vibration. Et "Hold Open"-signal [Hold åben] (i ~ 3 sek.)** vil slå FLAG fra, og to korte vibrationer vil kunne mærkes af brugeren.

Bemærk: Hvis en serie på **5 vibrationer** mærkes ved et "Hold Open"-signal [Hold åben], kan det indikere en funktionsfejl i FLAG-sensoren. Sluk enheden og tænd den igen, åbn og luk derefter enheden helt. Prøv "Hold Open"-signalet [Hold åben] igen for at aktivere FLAG. Hvis 5 vibrationer mærkes igen, vil enheden stadig fungere, men FLAG vil være deaktiveret. Enheden skal returneres til Motion Control for at FLAG-sensoren kan repareres.

FLAG med dobbelt kanal

Force Limiting [kraftbegrænsning]

1. Når FLAG er slået til, er lukningen stadig proportional, med maksimal hastighed reduceret med 50 %**.
2. Ved lukning, når fingrene kommer i kontakt med en genstand, vil kraften være begrænset til ~ 0,9kg/9N (2 lbs/9N) klemkraft – derefter mærker brugeren en kort vibration.
3. For at øge kraften slapper brugeren af under tærskelværdien, efterfulgt af et stærkt lukkesignal** for en kort indsats** og gribekraften "pulserer" op.
4. Klemkraften kan pulseres op til 10 gange til et maksimum på ~ 8 kg/80N (18 lbs/80N) klemkraft**.
5. Et åbnesignal åbner terminalenheden proportionalt.

Auto Grasp [autogreb]

Når FLAG er slået til, vil et hurtigt, utilsigtet åbningssignal resultere i en enkelt "impuls"-øgning i grebskraften for at forhindre, at en genstand tabes.**

FLAG med enkelt kanal

Med Single Channel-styring bruges FLAG bedst i skiftende retningskontroltilstand.

Force Limiting [kraftbegrænsning]

1. Når FLAG er slået til, lukker terminalenheden proportionalt med cirka 50 % hastighed**.
2. Når enheden kommer i kontakt med en genstand, vil kraften være begrænset til ~ 0,9kg/9N (2 lbs/9N).
3. Et hurtigt og stærkt signal** over tærskelværdien, efterfulgt af afspænding under tærskelværdien, vil skabe én puls i kraften**.
4. Dette kan gentages op til 10 gange for ~ 8 kg/80N (18 lbs/80N) klemkraft.
5. Et vedvarende signal på ca. 1 sekund vil åbne terminalenheden.

Auto Grasp [autogreb]

Med FLAG tændt vil ethvert hurtigt, utilsigtet signal resultere i, at terminalenheden lukker, hvilket forhindrer genstanden i at blive tabt.

****Bemærk:** Disse indstillinger kan justeres i iOS MCUI/MAUI-applikationen

2-CHANNEL SETTING	ACTION	FEEDBACK
Turn On	Hold Open 2-3 seconds	Buzz
Close to Grip	Close signal ± 1 second	Short Buzz
Pulse force up	Close signal ± 1 second	Short Buzz
Turn Off	Hold Open 2-3 seconds	Double Buzz

1-CHANNEL SETTING	ACTION	FEEDBACK
Turn On	Signal 2-3 seconds	Buzz
Close to Grip	Signal ± 1 second	Short Buzz
Pulse force up	Quick Signal ± 1 second	Short Buzz
Open	Strong Signal 2-3 sec.	None, direction will reverse as usual
Turn Off	Open the hand then Signal 2-3 seconds	Double Buzz

MCUI-brugergrænseflade til iOS

Hurtig opsætningsvejledning

Hurtig opsætning af Motion Control-brugergrænseflade til Apple® iOS (MCUI)

1. Download og installer MCUI  fra Apple® App Store. 
2. Vælg Patient, når du bliver spurgt. Patienter behøver ikke en kode.
3. Åbn appen, og følg vejledningen.
4. Gå til skærmen Connect [forbind]  og tryk på Scan. 
5. Indtast parringsnøglen.
6. Enheden er nu forbundet til MCUI'en.
7. For at afbryde forbindelsen skal du trykke på ikonet Connect [forbind]  i nederste venstre hjørne og derefter trykke på Disconnect [afbryd]. 

Systemkrav

Apple® App Store-konto og enhver af følgende enheder:

- iPad, iPhone eller iPod Touch med iOS 11 eller nyere.

Fejlfinding

- Sørg for, at batteriet på enheden er fuldt opladet
- Kontroller tilslutningen af enheden i Quick Disconnect-håndleddet
- Bekræft, at enheden er tændt
- Bekræft, at du ikke er i "Tutorial Mode" [vejledningstilstand] ved at dobbelttrykke på Home-tasten, derefter stryge MCUI af skærmen og genåbne MCUI'en.
- Bluetooth® skal være slået til i Indstillinger  på iOS-enheden
- Informationsikonet  giver information om en funktion
- For at gentage vejledningen skal du gå til  og trykke **Nulstil** på Reset Guided Tutorial (nulstil guidet vejledning)

*For konfiguration af enheder før midten af 2025. Se din specifikke enhed.

MAUI-appen til iOS

Hurtig opsætningsvejledning



Hurtig opsætning af Motion Arm-brugergrænseflade til Apple® iOS (MAUI)

- Du kan downloade Maui-appen  i Apple® App Store. 
- Vælg Patient, når du bliver spurgt. Patienter behøver ikke en kode. Åbn appen, og følg vejledningen.
- Gå til skærmen Forbind,  og tryk på Scan. 
- Indtast parringsnøglen, der fulgte med enheden.
- Enheden er nu forbundet til MAUI.
- For at afbryde forbindelsen skal du trykke på ikonet Forbind i nederste  venstre hjørne og derefter trykke på Afbryd forbindelsen. 

Fejlfinding

- Sørg for, at batteriet på enheden er fuldt opladet
- Bekræft, at enheden er tændt
- Bekræft, at du ikke er i "simuleringstilstand", ved at dobbelttrykke på Home-tasten, derefter stryge MAUI ud af skærmen og genåbne appen
- Bluetooth® skal være slået til i Indstillinger  på iOS-enheden
- Ikonet Information giver  oplysninger om en funktion
- For at gentage vejledningen  skal du gå til og trykke **Nulstil** på Nulstil guidet vejledning

Systemkrav

- iPad, iPhone eller iPod Touch med iOS 11 eller nyere.



Download the
MAUI software on
the Apple Store.

*For konfiguration af enheder udgivet efter midten af 2025. Se din specifikke enhed. AutoCal-funktionen blev også udgået. Kontakt kundeservice, hvis det er nødvendigt.

Kun til brug på én patient

Hver amputeret er unik. Formen på deres resterende lem, de kontrolsignaler, den enkelte genererer, og de opgaver, en amputeret udfører i løbet af dagen, kræver specialiseret design og justering af protesen. Motion Control-produkter er fremstillet til at passe til én person.

Bortskaffelse/affaldshåndtering

Denne enhed skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lokale love og bestemmelser. Dette inkluderer love og bestemmelser vedrørende bakterielle eller infektiøse agenser, hvis det er nødvendigt.

Begrænset garanti

Sælger garanterer over for køber, at det i henhold hertil leverede udstyr er fri for materiale- og fabrikationsfejl, at det er af den beskrevne type og kvalitet, og at det fungerer som angivet i sælgers skriftlige tilbud. De begrænsede garantier gælder kun for manglende overholdelse af de nævnte garantier, der viser sig i aftalens gyldighedsperiode. Gyldighedsperioden er to år (24 måneder*) fra leveringsdatoen til det monteringscenter, der har købt komponenterne. Se forsendelseskvitteringen for forsendelsesdatoen. *24 måneder gælder for enheder købt efter 1. januar 2026.

Returpolitik

Returnering accepteres med fuld refusion i op til 90 dage fra afsendelsesdatoen, så længe varen er i salgbar stand. Returnering efter 90 dage accepteres ikke.

Tekniske specifikationer

Vægt med hurtigafbrydelse: 473 g

Driftstemperatur: -5° C til 60° C (23° F til 140° F)

Transport- og opbevaringstemperatur: -18° C til 71° C (0° F til 160° F)

Klemkraft: Ved 7,2 volt nominelt: 11 kg (~ 107N eller 24 lbs)

Driftsspændingsområde: 6 til 8,2 Vdc - MC ETD2

Belastningsgrænse: 22 kg (50 lbs) i alle retninger (+/- 10 %)

Enhedens levetid: 5 år

Overensstemmelseserklæring

Produktet overholder hermed Medical Device Regulation 2017/745 og er registreret hos United States Food and Drug Administration. (Registreringsnr. 1723997)



Bluetooth®

Customer Support

Americas, Oceania, Japan

Fillauer Motion Control

115 N. Wright Brothers Drive
Salt Lake City, UT 84116
+1 801-326-3434
motioninfo@fillauer.com

Europe, Africa, Asia

Fillauer Europe

Kung Hans väg 2
192 68 Sollentuna, Sweden
+46 (0)8 505 332 00
support@fillauer.com



www.fillauer.com



Fillauer

2710 Amnicola Highway
Chattanooga, TN 37406
+1 423.624.0946



Fillauer Europe

Kung Hans väg 2
192 68 Sollentuna, Sweden
+46 (0)8 505 332 00



© Fillauer Motion Control, 1910086 Rev D 07-15-26